

平成 23 年 7 月 7 日

報道関係各位

## 福生市内の施設における放射線測定結果

市では、東京都から貸与されている放射線測定機（DoseRAE2 PRM-1200）を用いて、市内の施設を管理している部署が順次測定を実施しています。ここで保育園・幼稚園・小学校・中学校の測定が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

### ■測定結果

◇小・中学校

【測定日時】7月4日（月）～7月5日（火）まで

【測定者】教育委員会庶務課職員

測定場所	地表面5cm	地上1m
第一小学校	0.06	0.06
第二小学校	0.05	0.07
第三小学校	0.05	0.07
第四小学校	0.04	0.06
第五小学校	0.05	0.08
第六小学校	0.07	0.07
第七小学校	0.05	0.05
第一中学校	0.06	0.06
第二中学校	0.04	0.03
第三中学校	0.07	0.07

(単位  $\mu$  Sv)

◇保育園・幼稚園

【測定日時】6月29日（水）～7月1日（金）まで

【測定者】子ども家庭部子ども育成課職員

測定場所	地表面5cm	地上1m
すみれ保育園	0.08	0.08
福生本町保育園	0.07	0.07
福生保育園	0.08	0.09
福生多摩幼稚園	0.07	0.06
弥生保育園	0.06	0.08
加美平保育園	0.05	0.06
東福保育園	0.11	0.11
若葉保育園	0.10	0.09
福生杉ノ子保育園	0.06	0.04
杉ノ子第二保育園	0.06	0.07
杉ノ子第三保育園	0.07	0.07

熊川保育園	0.08	0.09
わらべつくし保育園	0.06	0.07
牛浜幼稚園	0.06	0.07
聖愛幼稚園	0.09	0.09
清岩院幼稚園	0.11	0.08

(単位  $\mu$ Sv)

## ◇市内各施設

【測定日時】6月23日(木)午前9時27分～12時33分まで

【測定者】生活環境部環境課職員

測定地点	地表面5cm	地上1m
福東グラウンド	0.07	0.07
南公園	0.09	0.09
市営競技場	0.06	0.08
自由広場	0.05	0.07
加美平球場	0.08	0.06

(単位  $\mu$ Sv)

※この測定結果には、自然放射線も含まれます。

## ■測定結果について

どの地点も、年間の放射線量が1mSvを超える地点はありませんでした。

※2007年の国際放射線防護委員会の勧告より、一般の人に対する放射線量の平常時の指標は、年間1mSv以下)

## ■問合せ

福生市生活環境部環境課環境係(担当:松原)

電話:042-551-1718(直通)