

風しんの第5期の定期接種となる抗体価基

検査方法	抗体価 (単位)	測定キット名 (製造販売元)
HI法 (赤血球凝集抑制法)	8 倍以下 (希釈倍率)	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)
	8 倍以下 (希釈倍率)	R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)
EIA法 (酵素免疫法)	6. 0 未満 (EIA価)	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社)
	1 5 未満 (国際単位 (IU) /ml)	エンザイグノストB風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)
ELFA法 (蛍光酵素免疫法)	2 5 未満 (国際単位 (IU) /ml)	バイダスアッセイキットRUBIgG (シスメックス・ピオメリュー株式会社)
LTI法 (ラテックス免疫比濁法)	1 5 未満 (国際単位 (IU) /ml)	ランピアラテックスRUBELLA ランピアラテックスRUBELLA II (極東製薬工業株式会社)
CLEIA法 (化学発光酵素免疫法)	2 0 未満 (国際単位 (IU) /ml)	アクセスルベラIgG (ベックマン・コールター株式会社)
	1 1 未満 (抗体価)	i-アッセイCL風疹IgG (株式会社保健科学西日本)
FIA法 (蛍光免疫測定法)	1. 5 未満 (抗体価AI※)	BioPlexMMRVlgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)
	1 5 未満 (国際単位 (IU) /ml)	BioPlexToRCIgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)
CLIA法 (化学発光免疫測定法)	1 5 未満 (国際単位 (IU) /ml)	Rubella-Gアポット (アポットジャパン株式会社)
ICA法 (イムノクロマト法)	IgG陰性	バイオライン ルベラIgG/IgM

※製造企業が独自に調整した抗体価単位 (今後キットの追加の可能性あり)